

## Hi-Res Differential Manometer

## INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH



ISED

RoHS  
CompliantREACH  
Compliant

1-800-547-5740

www.ueitest.com • email: info@ueitest.com

## WARRANTY

The EM720 is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. If within the warranty period your instrument should become inoperative from such defects, the unit will be repaired or replaced at UEI's option. This warranty covers normal use and does not cover damage which occurs in shipment or failure which results from alteration, tampering, accident, misuse, abuse, neglect or improper maintenance. Batteries and consequential damage resulting from failed batteries are not covered by warranty.

Any implied warranties, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the express warranty. UEI shall not be liable for loss of use of the instrument or other incidental or consequential damages, expenses, or economic loss, or for any claim or claims for such damage, expenses or economic loss.

A purchase receipt or other proof of original purchase date will be required before warranty repairs will be rendered. Instruments out of warranty will be repaired (when repairable) for a service charge.

For more information on warranty and service, contact:

[www.ueitest.com](http://www.ueitest.com) • Email: [info@ueitest.com](mailto:info@ueitest.com)  
1-800-547-5740

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state.

## FEATURES

- Measurement range: -80 to +80 inH<sub>2</sub>O
- Differential Pressure
- Units of Measure: bar, ozin<sup>2</sup>, psi, inHg, mbar, mmHg, Pa(kPa), kgcm<sup>2</sup>, inH<sub>2</sub>O, ftH<sub>2</sub>O, cmH<sub>2</sub>O
- Magnetic Mount
- Backlight
- HOLD
- MIN/MAX/AVG Capture
- Ambient temperature measurement
- Auto Power off
- Low Battery Indicator
- Zero Button

## IMPORTANT SAFETY WARNINGS

## WARNING

Read entire Safety Notes section regarding potential hazard and proper instructions before using this meter. In this manual the word "WARNING" is used to indicate conditions or actions that may pose physical hazards to the user. The word "CAUTION" is used to indicate conditions or actions that may damage this instrument.

- To avoid false readings, replace the batteries if a low battery indicator appears.

## WARNING

- Do not exceed Maximum Over Pressure of ±10 PSI.

## WARNING

- Do not use the manometer if it operates abnormally.
- Always test the manometer before use to ensure it is operating properly.
- Always ensure that the connection hoses you are using are free from kinks, blockage or splits.
- Always double-check all connections before testing.
- While using the manometer, if you suspect gas is leaking, or if you smell gas, close off gas supply and ventilate the occupied space. Identify and repair the source of the leak before continuing with the test.
- Never connect the manometer to an unknown pressure source if the source is twice the working pressure of the instrument; the sensor may be damaged and it may cause injury to the user.
- Never open the manometer or attempt to modify it in any way. Otherwise, accident and injury may occur. And the warranty is voided.
- These manometers do not measure water pressure; under these conditions they will fail.

## WARNING

This manometer is designed for trained trade professionals who are familiar with the hazards of their trade. Observe all recommended safety procedures and use of personal protective equipment.


## SYMBOLS

HOLD	Hold/Capture Value
MAX	Maximum measured value displayed
MIN	Minimum measured value displayed
AVG	Timed mean average calculated values displayed
REC	Record measured values
DIF	Differential Pressure
⚠	Warning or Caution
—	Negative Pressure
🔋	Battery Indicator

## GENERAL SPECIFICATIONS

- Operating Temperature: 32°F to 104°F/ 0°C to 40°C
- Storage Temperature: 14°F to 122°F/ -10°C to 50°C
- Operating Humidity: maximum relative humidity 80% for temperatures up to 88°F (31°C) decreasing linearly to 50% relative humidity at 104°F (40°C).
- Operating Altitude: Up to 2000m
- Pollution Degree: 2
- Overvoltage Category: I
- Over-range: OL is displayed
- Apo: Auto Power off after 30 minutes
- Dimensions: 2.95 x 6.25 x 1.41 in
- Item Weight: 0.65 lbs
- Calibration: Recommended Annually
- Certifications: UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH Compliant, ISED (CAN ICES-003(B) / NMB-003(B))
- Rated Power: 4.5 VDC (3X1.5 VDC, LR6, AA type batteries)
- Accuracy: ±0.03 < 3 inH<sub>2</sub>O, ±1%rdg > 3 inH<sub>2</sub>O
- Resolution: 0.001" (-9.999 to +9.999 inH<sub>2</sub>O), 0.01" (< -10, > +10 inH<sub>2</sub>O)

## OVERVIEW AND OPERATING INSTRUCTIONS



## A. Pressure Sensor Inputs

- Left Connection: Negative pressure input
- Right Connection: Positive pressure input

## B. Display with Backlight

1. Hold: Values are captured/held
2. Dif: Differential Pressure
3. REC: The manometer will record the Minimum pressure, the Maximum pressure, and Average pressure

## 4. MAX/MIN/AVG

- MAX: Maximum value captured is displayed
- MIN: Minimum value captured is displayed
- AVG: Timed mean value calculation is displayed

**NOTE:** REC/MAX/MIN/AVG function does not work when in Differential Pressure test mode

5. Battery: When battery is too low for safe operation, the Low Battery indicator will display 🔋. See **Battery Replacement** section at the end of this manual.

## 6. Time: (H/M/S) Hours/Minutes/Seconds

## C. DIF ZERO Button

- Press to start Differential Pressure test. Press to stop Differential pressure test.
- To zero the Manometer, press and hold for 4 seconds.

## D. POWER Button (Red)

- Press to power on manometer. Press to power off manometer.

## E. HOLD BACKLIGHT Button

- Press to hold pressure reading on display.
- Press and hold to turn on display backlight. Back light has a 60 second duration.

## F. REC MAX/MIN Button

- Press to record MIN/MAX/AVG values
- Press and hold to exit.

## G. UNITS Button

- 11 Selectable units of measurement

## H. Magnetic Mount

## I. Battery Compartment Cover

## J. Serial Number

## SPECIFICATIONS

Units	Range (Max.)	Resolution	Accuracy
bar	±0.199	0.001	
ozin <sup>2</sup>	±46.24	0.01	
psi	±2.890	0.001	
InHg	±5.884	0.001	
mbar	±199.3	0.001	
mmHg	±149.5	0.1	± 0.03 < 3 inH <sub>2</sub> O, ±1% rdg > 3 inH <sub>2</sub> O
Pa/kPa	±19.93 kPa	0.1 Pa	
kgcm <sup>2</sup>	±0.203	0.001	
inH <sub>2</sub> O	±80.00	0.001	
ftH <sub>2</sub> O	±6.667	0.001	
cmH <sub>2</sub> O	±203.2	0.1	

## OPERATING INSTRUCTIONS

### A. DIFFERENTIAL PRESSURE


- Press DIF ZERO button to start Differential Pressure test.
- Press to DIF ZERO button stop Differential pressure test.



- Press = DIF/Differential Pressure

**NOTE:** Prior to use the Manometer must be zeroed. To do this, ensure the Manometer is in a non-pressurized area and no hoses are connected. The Manometer has a 10 second count down upon powering on.

### B. ZERO



- To zero the manometer, press and hold the DIF ZERO button for 4 seconds.
- The display will show '8888' to indicate that the Zero function has occurred.

### C. HOLD

- Press HOLD BACKLIGHT button to hold pressure reading on display.
- Press to HOLD BACKLIGHT button again to return to live readings on display.



- Press = HOLD
- Press and hold = Backlight

### D. BACKLIGHT

- Press HOLD BACKLIGHT button and hold to turn on display back light.
- Press HOLD BACKLIGHT button and hold to turn off display back light.

**NOTE:** Backlight has a 60 second duration.



### E. RECORD/MAX/MIN/AVERAGE

- Press REC/MAX/MIN button to record the Minimum pressure, the Maximum pressure, and Average pressure
- Press REC/MAX/MIN button again to view Maximum value captured
- Press REC/MAX/MIN button again to view Minimum value captured
- Press REC/MAX/MIN button again to view Timed mean average calculated
- Press and hold the REC MAX/MIN button to exit.




- Press x 1 = REC
- Press x 2 = MAX
- Press x 3 = MIN
- Press x 4 = AVG

### F. UNITS

- To change the measuring unit
- Press UNITS button to change the selected unit
- PRESS UNITS button again to scroll to the desired unit
- Once the measuring unit is selected, it will remain until another unit is selected.
- Unit options:
 

- bar	- Pa/kPa	- ftH <sub>2</sub> O
- mbar	- ozin <sup>2</sup>	- cmH <sub>2</sub> O
- psi	- kgcm <sup>2</sup>	- mmHg
- inHg	- inH <sub>2</sub> O	



### G. PRESSURE TEST

- Left Port: negative pressure port, applying pressure on this port will display a negative pressure.
- Right Port: positive pressure port: applying pressure on this port will display a positive pressure.
- Use either port to a single source, by venting the other port into the atmosphere.
- The manometer will continually provide a pressure reading.
- Connect hoses to both ports from source for differential pressure mode.
- Press DIF ZERO button to toggle Differential Pressure on and off.


### WARNING

Maximum over pressure for this meter is 10 psi


### PRESSURE CONVERSIONS

Multiply	By	To Get
In. of H <sub>2</sub> O	0.002490891	bar
In. of H <sub>2</sub> O	0.577886661	ozin <sup>2</sup>
In. of H <sub>2</sub> O	0.036127441	psi
In. of H <sub>2</sub> O	0.073555975	inHg
In. of H <sub>2</sub> O	2.490890781	mbar
In. of H <sub>2</sub> O	1.868321732	mmHg
In. of H <sub>2</sub> O	249.0890781	Pa
In. of H <sub>2</sub> O	0.249089078	kPa
In. of H <sub>2</sub> O	0.002540709	kgcm <sup>2</sup>
In. of H <sub>2</sub> O	0.083320297	ftH <sub>2</sub> O
In. of H <sub>2</sub> O	2.538217706	cmH <sub>2</sub> O

### I. EM720 TEST SOURCES



### J. BATTERY REPLACEMENT



- When the battery indicator its low.
- Loosen the screws;captive screws are used to insure screws do not get lost, (Phillips-head screws)
- Remove battery cover.
- Replaced the batteries (3) AA batteries
- Replace battery cover, tighten screws.

### DISPOSAL



**CAUTION:** This symbol indicates that equipment and its accessories shall be subject to separate collection and correct disposal.

### FCC/IC INFORMATION

#### FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RSS102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

#### FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS 247. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### FCC CAUTION

The device must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### CLEANING

Periodically clean your meter's case using a damp cloth. DO NOT use abrasive, flammable liquids, cleaning solvents, or strong detergents as they may damage the finish, impair safety, or affect the reliability of the structural components.

Keep pressure ports clean and free of grease and other deposits; clean with a moist cloth as required.

### STORAGE

Remove the battery when instrument is not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the General Specifications section, allow the instrument to return to normal operating conditions before using it.

## Manómetro diferencial de alta resolución

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPAÑOL



1 800 547 5740

www.ueitest.com • correo electrónico: info@ueitest.com

### GARANTÍA

El manómetro EM720 está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Si dentro del período de garantía su instrumento dejara de funcionar por tales defectos, la unidad será reparada o reemplazada a discreción de UEI. Esta garantía cubre el uso normal y no los daños que surjan durante el envío, ni las fallas que resulten por la alteración, manipulación indebida, accidente, mal uso, abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado. Las baterías y los daños indirectos ocasionados por baterías defectuosas no están cubiertos por la garantía.

Todas las garantías implícitas, incluidas pero no limitadas a, garantías implícitas de comercialización e idoneidad para un propósito en particular, se limitan a la garantía expresa. UEI se no hace responsable por pérdida de uso del instrumento u otros daños o perjuicios, gastos o pérdidas económicas, ni por ningún reclamo o reclamos por dichos daños, gastos o pérdidas económicas.

Se requerirá un recibo de compra u otro comprobante de la fecha de compra original antes de que se realicen reparaciones en cumplimiento de la garantía. Los instrumentos fuera de garantía serán reparados (cuando sean reparables) por un cargo por servicio.

Para obtener más información sobre la garantía y servicio, póngase en contacto con:

[www.ueitest.com](http://www.ueitest.com) • Correo electrónico: [info@ueitest.com](mailto:info@ueitest.com)  
1 800 547-5740

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener derechos adicionales, los cuales varían de un estado a otro.

### CARACTERÍSTICAS

- **Rango de medición:** -80 a +80 inH<sub>2</sub>O
- **Presión diferencial**
- **Unidades de medida:** bar, ozin<sup>2</sup>, psi, inHg, mbar, mmHg, Pa(kPa), kgcm<sup>2</sup>, inH2O, ftH2O, cmH2O
- **Montura magnética**
- **Retroiluminación**
- **HOLD (RETENER)**
- **Captura de MIN/MAX/PROMEDIO**
- **Medición de temperatura ambiente**
- **Apagado automático**
- **Indicador de batería baja**
- **Botón cero**

### IMPORTANTES ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

#### ⚠ ADVERTENCIA

Lea toda la sección de notas de seguridad para conocer los posibles peligros y las instrucciones apropiadas antes de usar este medidor. En este manual, la palabra "**ADVERTENCIA**" se usa para indicar condiciones o acciones que pueden representar peligros físicos para el usuario. La palabra "**PRECAUCIÓN**" se usa para indicar condiciones o acciones que pueden dañar este instrumento.

- Para evitar lecturas falsas, reemplace las baterías si aparece un indicador de batería baja.

#### ⚠ ADVERTENCIA

- No exceda el límite máximo de presión de ± 10 PSI.

#### ⚠ ADVERTENCIA

- No use el manómetro si funciona anormalmente.
- Siempre pruebe el manómetro antes de usarlo para cerciorarse de que esté funcionando correctamente.
- Asegúrese siempre de que las mangas de conexión que utiliza no estén torcidas, bloqueadas ni partidas.
- Siempre revise minuciosamente las conexiones antes de efectuar pruebas.
- Si sospecha que hay una fuga de gas o detecta olor a gas mientras usa el manómetro, cierre el suministro de gas y ventile el espacio ocupado. Identifique y repare la fuente de la fuga antes de continuar con la prueba.
- Nunca conecte el manómetro a una fuente de presión desconocida si la fuente tiene el doble de la presión de trabajo del instrumento; el sensor puede dañarse y causar lesiones al usuario.
- Nunca abra el manómetro ni intente modificarlo de ninguna manera. De lo contrario, podrían ocurrir accidentes y lesiones y se anula la garantía.
- Estos manómetros no miden presiones de agua; fallarán bajo tales condiciones.

#### ⚠ ADVERTENCIA

Este manómetro está diseñado para profesionales técnicos capacitados que están familiarizados con los riesgos del oficio. Siga todos los procedimientos de seguridad recomendados y use equipo de protección.


### SÍMBOLOS

<b>HOLD</b>	Valor en espera/de captura
<b>MAX</b>	Valor medido máximo mostrado
<b>MIN</b>	Se muestra el valor de medición mínima
<b>AVG</b>	Se muestran los valores calculados medios promedio cronometrados
<b>REC</b>	Registrar valores medidos
<b>DIF</b>	Presión diferencial
<b>⚠</b>	Advertencia o precaución
<b>—</b>	Presión negativa
<b>■</b>	Indicador de batería

### ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Temperatura operativa:** 0 °C a 40 °C / 32 °F a 104 °F
- **Temperatura de almacenamiento:** -10 °C a 50 °C / 14 °F a 122 °F
- **Humedad operativa:** humedad relativa máxima 80 % para temperaturas de hasta 88 °F (31 °C) que disminuye linealmente hasta 50 % de humedad relativa a 104 °F (40 °C).
- **Altitud operativa:** Hasta 2000 m
- **Grado de contaminación:** 2
- **Categoría de sobretensión:** I
- **Sobre-rango:** Se muestra "OL" en la pantalla
- **Apo:** Apagado automático después de 30 minutos
- **Dimensiones:** 2.95 x 6.25 x 1.41 pulgadas
- **Peso del aparato:** 281 g (0.65 lb)
- **Calibración:** Recomendada anualmente
- **Certificaciones:** Cumple con UKCA, CE, FCC, RoHS, REACH, ISED (CAN ICES-003(B) / NMB-003(B))
- **Potencia nominal:** 4.5 V CC (3 baterías de 1.5 V CC, LR6, tipo AA)
- **Precisión:** ±0.03 < 3 inH<sub>2</sub>O, ±1 % lectura > 3 inH<sub>2</sub>O
- **Resolución:** 0.001" (-9.999 to +9.999 inH<sub>2</sub>O), 0.01" (<-10, >+10 inH<sub>2</sub>O)

### DESCRIPCIÓN GENERAL E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



#### A. Entradas de sensor de presión

- Conexión izquierda: Entrada de presión negativa
- Conexión derecha: Entrada de presión positiva

#### B. Pantalla con retroiluminación

- 1. **Hold (Retener):** Los valores se capturan/retenen.

- 2. **Dif:** Presión diferencial

- 3. **REC (REG):** El manómetro registrará la presión mínima, la presión máxima y la presión promedio

- 4. **MAX/MIN/AVG (MÁX/MÍN/PROM)**

- MAX: Aparece el valor máximo capturado
- MÍN: Aparece el valor mínimo capturado
- AVG: (PROMEDIO) Aparece el cálculo del valor promedio medido.

**NOTA:** REC/MAX/MIN/AVG la función no funciona en el modo de prueba de presión diferencial

**5. Batería:** Para operar con seguridad, cuando las baterías estén demasiado bajas aparecerá el indicador Low Battery (batería baja) en pantalla .

Consulte la sección Reemplazo de la batería al final de este manual.

**6. Tiempo:** (H/M/S) Horas/minutos/segundos

**C. Botón DIF ZERO (dif. cero):**

- Pulse para iniciar la prueba de presión diferencial. Pulse para detener la prueba de presión diferencial.
- Para poner en cero el manómetro, mantenga pulsado durante 4 segundos.

**D. Botón de encendido (rojo):**

- Pulse para encender el manómetro. Pulse para apagar el manómetro.

**E. Botón HOLD BACKLIGHT (retener retroiluminación):**

- Pulse para mantener la lectura de presión en la pantalla.
- Pulse y sostenga para encender la retroiluminación de la pantalla. La retroiluminación tiene una duración de 60 segundos.

**F. Botón REC MAX/MIN (registrar máximo/mínimo):**

- Pulse para registrar valores MIN/MAX/PROMEDIO

- Pulse y sostenga para salir.

**G. Botón UNITS (unidades):**

- Es posible seleccionar entre 11 unidades de medición.

**H. Montura magnética**

**I. Compartimento de batería.**

**J. Número de serie**


### ESPECIFICACIONES

Unidades	Rango (Máx.)	Resolución	Precisión
bar	±0.199	0.001	
ozin <sup>2</sup>	±46.24	0.01	
psi	±2.890	0.001	
InHg	±5.884	0.001	
mbar	±199.3	0.001	
mmHg	±149.5	0.1	±0.03 < 3 inH <sub>2</sub> O, ±1 % lectura > 3 inH <sub>2</sub> O
Pa/kPa	±19.93 kPa	0.1 Pa	
kgcm <sup>2</sup>	±0.203	0.001	
inH2O	±80.00	0.001	
ftH2O	±6.667	0.001	
cmH2O	±203.2	0.1	

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### A. PRESIÓN DIFERENCIAL

- Pulse el botón DIF ZERO para iniciar la prueba de presión diferencial.
- Pulse el botón DIF ZERO para detener la prueba de presión diferencial.



**NOTA:** Antes de utilizarse, el manómetro debe ajustarse a cero. Para hacer esto, cerciórese de que el manómetro esté en un área despresurizada y que no haya mangas conectadas. El manómetro tiene una cuenta regresiva de 10 segundos al encenderse.


### B. Cero



- Para poner en cero el manómetro, mantenga pulsado el botón DIF ZERO durante 4 segundos.
- La pantalla mostrará '8888' para indicar que ha ocurrido la función Zero (Cero).

### C. HOLD (RETENER)

- Pulse el botón HOLD BACKLIGHT (retener retroiluminación) para mantener la lectura de presión en la pantalla.
- Pulse el botón HOLD BACKLIGHT (retener retroiluminación) para volver a las lecturas en vivo en la pantalla.



- Pulse = HOLD (retener)
- Mantenga pulsado = Retroiluminación

### D. RETROILUMINACIÓN

- Pulse el botón HOLD BACKLIGHT (retener retroiluminación) y manténgalo pulsado para encender la retroiluminación de la pantalla.
- Pulse el botón HOLD BACKLIGHT (retener retroiluminación) y manténgalo pulsado para apagar la retroiluminación de la pantalla.

**NOTA:** La retroiluminación tiene una duración de 60 segundos.



### E. RECORD/MAX/MIN/AVERAGE

- Pulse el botón REC MAX/MIN (registrar máximo/mínimo) para registrar la presión mínima, la presión máxima y la presión promedio.
- Pulse el botón REC MAX/MIN (registrar máximo/mínimo) nuevamente para ver el valor máximo capturado.
- Pulse el botón REC MAX/MIN (registrar máximo/mínimo) nuevamente para ver el valor mínimo capturado.
- Pulse el botón REC MAX/MIN (registrar máximo/mínimo) nuevamente para ver el promedio medio cronometrado calculado.
- Mantenga pulsado el botón REC MAX/MIN (registrar máximo/mínimo) para salir.




- Pulse x 1 = REC
- Pulse x 2 = MAX
- Pulse x 3 = MIN
- Pulse x 4 = AVG

### F. UNITS (UNIDADES)

- Para cambiar la unidad de medida.
- Pulse el botón UNITS (unidades) para cambiar la unidad seleccionada.
- PULSE el botón UNITS (unidades) nuevamente para desplazarse a la unidad deseada.
- Una vez seleccionada la unidad de medida, permanecerá hasta que se seleccione otra unidad.
- Opciones de unidad:

- bar	- Pa/kPa	- ftH <sub>2</sub> O
- mbar	- ozin <sup>2</sup>	- cmH <sub>2</sub> O
- psi	- kgcm <sup>2</sup>	- mmHg
- inHg	- inH <sub>2</sub> O	



### G. PRUEBA DE PRESIÓN

- Puerto izquierdo: puerto de presión negativa, aplicar presión en este puerto mostrará una presión negativa.
- Puerto derecho: puerto de presión positiva: aplicar presión en este puerto mostrará una presión positiva.
- Use cualquiera de los puertos a una sola fuente, ventilando el otro puerto a la atmósfera.
- El manómetro proporcionará continuamente una lectura de la presión.
- Conecte las mangas a ambos puertos desde la fuente para el modo de presión diferencial.
- Pulse el botón DIF ZERO para alternar entre el encendido y el apagado de la presión diferencial.


### ADVERTENCIA

La sobrepresión máxima de este manómetro es de 10 psi.


### CONVERSIONES DE PRESIÓN

Multiplique	Por	Para obtener
inH <sub>2</sub> O	0.002490891	bar
inH <sub>2</sub> O	0.577886661	ozin <sup>2</sup>
inH <sub>2</sub> O	0.036127441	psi
inH <sub>2</sub> O	0.073555975	inHg
inH <sub>2</sub> O	2.490890781	mbar
inH <sub>2</sub> O	1.868321732	mmHg
inH <sub>2</sub> O	249.0890781	Pa
inH <sub>2</sub> O	0.249089078	kPa
inH <sub>2</sub> O	0.002540709	kgcm <sup>2</sup>
inH <sub>2</sub> O	0.083320297	ftH <sub>2</sub> O
inH <sub>2</sub> O	2.538217706	cmH <sub>2</sub> O

### I. FUENTES DE PRUEBA DEL MANÓMETRO EM720



### J. REEMPLAZO DE LA BATERÍA



- Cuando el indicador de batería está bajo.
- Afloje los tornillos; los tornillos cautivos se utilizan para asegurar que los tornillos no se pierdan (tornillos de cabeza Phillips).
- Quite la tapa del compartimiento de las baterías.
- Reemplace las (3) baterías AA.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería, apriete los tornillos.

### DESECHO



**PRECAUCIÓN:** Este símbolo indica que el equipo y sus accesorios estarán sujetos a recolección por separado y a disposición correcta.

### INFORMACIÓN DE LA FCC/IC

#### DECLARACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y encontrado en cumplimiento con los límites para un dispositivo digital Clase B,

de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se han determinado para ofrecer una protección responsable contra interferencia perjudicial en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, en caso de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico calificado en radio y televisión.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación del RSS102 de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

#### AVISO DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y con el RSS 247 exento de licencia de Industry Canada. La operación se sujet a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar operaciones no deseadas.

#### PRECAUCIÓN DE LA FCC

Este dispositivo no debe colocarse ni operarse en conjunto con ninguna otra antena ni transmisor.

Adviértale al usuario que los cambios o modificaciones que no sean aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autorización al usuario para operar el equipo.

### LIMPIEZA

Limpie periódicamente la caja del multímetro con un paño húmedo. NO use líquidos inflamables, abrasivos, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes ya que pueden dañar el acabado, afectar la seguridad o reducir la confiabilidad de los componentes estructurales.

Mantenga los puertos de presión limpios y libres de grasa y otros sedimentos; límpielos con un paño húmedo según sea necesario.

### ALMACENAMIENTO

Retire la batería cuando no vaya a utilizar el instrumento por un período prolongado. No exponga la unidad a altas temperaturas ni a humedad. Después de un período de almacenamiento bajo condiciones extremas que excedan los límites indicados en la sección Especificaciones generales, permita que el instrumento regrese a sus condiciones operativas normales antes de usarlo.